



Vztažné hodnoty PT/Bi/1/2021 (PT42) Biologický rozbor pitné a surové vody a stanovení chlorofylu-a

Ukazatel	Jednotka	Vztažná hodnota	Minimum	Maximum
<b>Mikroskopický obraz pitné vody</b>				
Počet organismů	[j. v 1 ml]	146	63	229
Živé organismy	[j. v 1 ml]	78	35	121
Abioseston	[%]	2	1	3
<b>Mikroskopický obraz surové vody</b>				
Bioseston	[j. v 1 ml]	709	353	1065
Abioseston (odhadem)	[%]	4	2	6
Chlorofyl-a	[ $\mu\text{g/l}$ ]	24,4	21,7	27,1
Feopigmenty	[ $\mu\text{g/l}$ ]	12,2	9,5	14,9

Minimum a maximum - minimální a maximální hodnota ukazatele pro udělení Osvědčení o účasti v PT

Datum: 10.6.2021

Zpracovala: Alena Nižnanská