



### Vztažné hodnoty PT/MB/2/2022 (PT41) Mikrobiologický rozbor pitné a povrchové vody

Ukazatel	Jednotka	Vztažná hodnota	Minimum	Maximum
Escherichia coli ČSN EN ISO 9308-1	[KTJ/10 ml]	2	1	3
Koliformní bakterie ČSN EN ISO 9308-1	[KTJ/10 ml]	28	23	33
Term. (fek.) kolif. bak. ČSN 75 7835	[KTJ/10 ml]	2	1	3
Clostr. perf. (včetně spor) Příloha č. 6	[KTJ/10 ml]	35	13	57
Clostridium perfringens (včetně spor) ČSN EN ISO 14189	[KTJ/10 ml]	38	14	62
Počty kol. při 36 °C ČSN EN ISO 6222	[KTJ/1ml]	47	21	73
Počty kol. při 22 °C ČSN EN ISO 6222	[KTJ/1ml]	321	123	582
Salmonella spp. ČSN ISO 19250	[Neg/Pos]	pozitivní		

Minimum a maximum - minimální a maximální hodnota ukazatele pro udělení Osvědčení o účasti v PT

Ostatní ukazatele nebyly hodnoceny pro malý počet zaslaných výsledků.

Datum: 2.12.2022

Zpracovala: Alena Nižnanská