



Vztažné hodnoty PT/Bi/1/2022 (PT42) Biologický rozbor pitné a surové vody a stanovení chlorofylu-a

Ukazatel	Jednotka	Vztažná hodnota	Minimum	Maximum
<b>Mikroskopický obraz pitné vody</b>				
Počet organismů	[j. v 1 ml]	43	20	66
Živé organismy	[j. v 1 ml]	16	6	26
Abioseston	[%]	2	1	3
<b>Mikroskopický obraz surové vody</b>				
Bioseston	[j. v 1 ml]	7105	3388	10822
Abioseston (odhadem)	[%]	5	2	8
Chlorofyl-a	[ $\mu\text{g/l}$ ]	48,6	39,6	57,6
Feopigmenty	[ $\mu\text{g/l}$ ]	20,3	15,9	24,7

Minimum a maximum - minimální a maximální hodnota ukazatele pro udělení Osvědčení o účasti v PT

Datum: 27.6.2022

Zpracovala: Alena Nižnanská