



Vztažné hodnoty PT/Bi/1/2023 (PT42) Biologický rozbor pitné a surové vody a stanovení chlorofylu-a

Ukazatel	Jednotka	Vztažná hodnota	Minimum	Maximum
Mikroskopický obraz pitné vody				
Počet organismů	[j. v 1 ml]	132	55	209
Živé organismy	[j. v 1 ml]	53	24	82
Abioseston	[%]	2	1	3
Mikroskopický obraz surové vody				
Bioseston	[j. v 1 ml]	2919	868	4970
Abioseston (odhadem)	[%]	7	3	11
Chlorofyl-a	[µg/l]	26,3	21,5	31,1
Feopigmenty	[µg/l]	10,4	8,6	12,2

Minimum a maximum - minimální a maximální hodnota ukazatele pro udělení Osvědčení o účasti v PT

Datum: 7.7.2023

Zpracovala: Alena Nižnanská