



CSlab spol. s r.o.
Bavorská 856/14, Praha 5
PSČ: 155 00
e-mail: cslab@cslab.cz

tel: 224 453 124
fax: 224 453 124
<http://www.cslab.cz>



Tabulka: Seznam nedostatků:

Označení PT:	PT/S/PSV/1/2024 (PT3)
Matrice:	Pitná voda a voda určená k výrobě pitné vody
Ukazatele:	Vzorkování pitné vody a vody určené k výrobě pitné vody
	Nedostatky
Odběr pro mikrobiologický a biologický rozbor	pro mikrobiologický rozbor nepostupuje dle novely vyhlášky č. 70/2018 Sb. § 7 odst. 2)
	neprovedení dezinfekce
	není stanovena minimální doba působení dezinfekčního prostředku
	významná neobratnost při práci
	neoznačené vzorkovnice
	nesterilní vzorkovnice
	nedekontaminované odběrové pomůcky
	vypláchnutí vzorkovnice před odběrem
	absence dechloračního činidla ve vzorkovnici před odběrem
	neponechání vzduchové bubliny ve vzorkovnici
Odběr pro chemický a radiologický rozbor	významná neobratnost při práci
	neoznačené vzorkovnice
	chybné plnění vzorkovnic
	nepoužití vhodné konzervace vzorků
Pořadí vzorků	nevhodné pořadí vzorků vzhledem k možné kontaminaci
	neprovedení odběru prvního litru vody na stanovení Pb, Ni, Cu v rámci úplného rozboru vzorku z DS (odběr bez očištění kohoutku a bez předchozího odpouštění vody)
Doprava vzorku do laboratoře	přeprava vzorků bez chladičového boxu nebo jinak zajištěného chlazení
	žádná kontrola teploty během transportu
Vzdělávání pracovníků:	vzorkaři nemají stanoven pravidelný interval školení a nemají pravidelné školení (prosíme doložit)
Dokumentace	neexistence standardního operačního postupu (SOP), plánu vzorkování a odběrového protokolu / záznamu o odběru nebo jejich naprostá nevhodnost pro daný účel, nerevidovaný SOP
Kontrola kvality odběru	neprovádí kontrolu kvality odběru
Zkoušky prováděné na místě odběru	použití nevhodného postupu při stanovení volného (aktivního) chlóru, neprovádění stanovení volného (aktivního) chlóru a teploty v rámci odběrů
	není identifikován konkrétní pracovník, který provedl zkoušku
	není identifikován konkrétní přístroj, pomocí kterého byla zkouška provedena