Vztažné hodnoty PT/S/O/1/2026 (PT2)

Vzorkování kalů z čistírny odpadních vod

ČOV Karlovy Vary

Ukazatel	Jednotka*	Vztažná hodnota	Minimum	Maximum
As	[mg/kg suš.]	13,94	8,36	19,52
Cd	[mg/kg suš.]	0,26	0,12	0,40
Cr	[mg/kg suš.]	9,8	6,9	12,7
Cu	[mg/kg suš.]	41,0	30,8	51,3
Hg	[mg/kg suš.]	0,30	0,15	0,45
Ni	[mg/kg suš.]	23,4	17,6	29,3
Pb	[mg/kg suš.]	8,4	4,2	12,6
Zn	[mg/kg suš.]	158	119	198
Ztráta žíháním	[%]	51,7	46,5	56,9
Celkový dusík	[%]	2,54	1,78	3,30
Vápník	[g/kg suš.]	5,4	4,1	6,8
Hořčík	[g/kg suš.]	1,35	1,01	1,69
Draslík	[g/kg suš.]	1,29	0,90	1,68
Fosfor	[g/kg suš.]	7,5	5,3	9,8
pH kalu	[-]	6,7	6,2	7,2
AOX	[mg/kg suš.]	94	56	132
Sušina - kal	[%]	18,5	16,7	20,4

Minimum a maximum - minimální a maximální hodnota ukazatele pro udělení Osvědčení o účasti v PT

Datum: 6.11. 2026 Zpracovala: Alena Nižnanská

Mikrobiologické ukazatele nebyly statisticky vyhodnoceny. Všechny naměřené hodnoty mikrobiologických ukazatelů budou uveřejněny ve zprávě k tomuto PT.