



CSlab spol. s r.o.  
Bavorská 856, Praha 5 –  
Stodůlky  
PSČ: 155 00  
e-mail: cslab@cslab.cz

tel: 224 453 124  
fax: 224 453 124  
<http://www.cslab.cz>



### Tabulka: Seznam nedostatků

<b>Označení PT:</b>	<b>PT/S/O/2/2018 (PT2)</b>
<b>Matrice:</b>	<b>Kal</b>
<b>Ukazatele:</b>	<b>Vzorkování kalů z čistírny</b>
	<b>Nedostatky</b>
<b>Vzdělávání pracovníků:</b>	vzorkaři nemají stanoven pravidelný interval školení a nemají pravidelné školení (prosíme doložit)
<b>Dokumentace</b>	neexistence plánu vzorkování, neexistence standardního operačního postupu (SOP), odběrového protokolu / záznamu o odběru s údaji o předání vzorku do laboratoře nebo jejich naprostá nevhodnost pro daný účel
	nerevidovaný SOP (alespoň rok předtím)
<b>Odběr vzorku</b>	neexistence vzorkovacího zařízení či nevhodného pro daný účel
	nevhodná úprava vzorku (odběrová skupina nerespektuje platné právní předpisy – kvartace, homogenizace vzorku (i ruční))
	významná neobratnost při práci
<b>BOZP</b>	dodržování hygieny práce – pracovní oděv, rukavice, vhodná obuv
<b>Odběr pro chemický a mikrobiologický rozbor</b>	nevhodné vzorkovnice
<b>Doprava vzorku do laboratoře</b>	přeprava vzorků bez chladičích boxů nebo jinak zajištěného chlazení, žádná kontrola teploty během transportu
<b>Kontrola kvality</b>	neprovádí žádnou kontrolu kvality