



### Vztažné hodnoty PT/MB/2/2019 (PT41) Mikrobiologický rozbor pitné a povrchové vody

Ukazatel	Jednotka	Vztažná hodnota	Minimum	Maximum
Escherichia coli ČSN EN ISO 9308-1:2015	[KTJ/10 ml]	4	2	6
Escherichia coli ČSN 75 7835	[KTJ/10 ml]	2	1	3
Koliformní bakterie ČSN EN ISO 9308-1:2015	[KTJ/10 ml]	30	12	48
Koliformní bakterie ČSN 75 7837	[KTJ/10 ml]	23	8	38
Term. (fek.) kolif. bakterie ČSN 75 7835	[KTJ/10 ml]	4	2	6
Enterokoky (intestinální enterokoky) ČSN EN ISO 7899-2	[KTJ/10 ml]	20	16	24
Clostridium perfringens (včetně spor) Příloha č. 6 k Vyhl. 252/2004 Sb.	[KTJ/10 ml]	37	21	53
Clostridium perfringens (včetně spor) ČSN EN ISO 14189	[KTJ/10 ml]	47	31	63
Počty kolonií při 36 °C ČSN EN ISO 6222	[KTJ/1ml]	12	5	19
Počty kolonií při 22 °C ČSN EN ISO 6222	[KTJ/1ml]	88	38	138
Pseudomonas aeruginosa ČSN EN ISO 16 266	[KTJ/10 ml]	23	15	31
Staphylococcus aureus ČSN EN ISO 6888-1	[KTJ/10 ml]	2	0	4

Minimum a maximum - minimální a maximální hodnota ukazatele pro udělení Osvědčení o účasti v PT

Poznámka: Salmonella spp. - laboratoře obdrží osvědčení o účasti.

Datum: 22.11.2019

Zpracovala: Alena Nižnanská