



Vztažné hodnoty PT/MB/2/2021 (PT41) Mikrobiologický rozbor pitné a povrchové vody

Ukazatel	Jednotka	Vztažná hodnota	Minimum	Maximum
Escherichia coli ČSN EN ISO 9308-1	[KTJ/10 ml]	30	23	37
Escherichia coli ČSN 75 7835	[KTJ/10 ml]	33	25	41
Koliformní bakterie ČSN EN ISO 9308-1	[KTJ/10 ml]	30	18	42
Koliformní bakterie ČSN 75 7837	[KTJ/10 ml]	35	24	46
Term. (fek.) kolif. bak. ČSN 75 7835	[KTJ/10 ml]	34	29	39
Enterokoky ČSN EN ISO 7899-2	[KTJ/10 ml]	28	22	34
Clostr. perf. (včetně spor) Příloha č. 6	[KTJ/10 ml]	9	6	12
Clostridium perfringens (včetně spor) ČSN EN ISO 14189	[KTJ/10 ml]	nehodnoceno pro malý počet výsledků		
Počty kol. při 36 °C ČSN EN ISO 6222	[KTJ/1ml]	16	7	25
Počty kol. při 22 °C ČSN EN ISO 6222	[KTJ/1ml]	147	78	216
Pseudomonas aeruginosa ČSN EN ISO 16 266	[KTJ/10 ml]	16	12	20
Staphylococcus aureus ČSN EN ISO 6888-1	[KTJ/10 ml]	35	23	47

Minimum a maximum - minimální a maximální hodnota ukazatele pro udělení Osvědčení o účasti v PT

Poznámka: Salmonella spp. - laboratoře obdrží osvědčení o účasti.

Datum: 30.11.2021

Zpracovala: Alena Nižnanská